

CHRA	PR HYG 02 ind 1
PRECAUTIONS "STANDARD"	
Date de diffusion : 05/2000 Version : 1 Pages : 2	Rédigée par : M.C. Hum Vérifiée par : A. Charvier Validée par : CLIN

1. Objet

Ce document décrit les **précautions générales d'hygiène à appliquer pour tout patient, quel que soit son statut infectieux**, afin d'assurer une protection systématique des patients et des personnels vis à vis des risques infectieux.

2. Domaine d'application

L'ensemble des services cliniques, médico-techniques et techniques du CHRA

3. Précautions à appliquer

▶ J'AI RECOURS A UNE HYGIENE DES MAINS



- avant et après tout contact avec un malade ou son environnement proche
- en cours de soins chez un même malade pour éviter une autocontamination
 - je me désinfecte les mains si elles sont contaminées mais non souillées
 - je me lave les mains si elles sont souillées

▶ JE PORTE DES GANTS

- si j'ai un risque de contact avec du sang ou tout autre produit d'origine humaine
- si j'ai un risque de contact avec une muqueuse ou la peau lésée du patient
- si je manipule du linge ou du matériel souillé
- lors de tout soin, si ma peau est lésée



▶ JE PORTE DES GANTS ET UN TABLIER A USAGE UNIQUE

pour tout soin lorsqu'il existe un écoulement biologique important, en particulier suppuré

▶ JE PORTE UNE SURBLOUSE, UN MASQUE ET DES LUNETTES


pour me protéger du risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou de tout autre produit d'origine humaine



- lors d'une aspiration
- lors d'une intubation
- lors d'un examen endoscopique
- lors d'un acte opératoire
- lors d'un accouchement...

▶ JE NETTOIE ET DESINFECTE LES SURFACES SOUILLEES

par des projections ou aérosolisations de sang ou tout autre produit d'origine humaine avec le détergent désinfectant "surfaces"



▶ JE GERE EN SECURITE LE MATERIEL SOUILLE

Matériel piquant/tranchant à usage unique :



Je ne recapuchonne pas les aiguilles



Je ne désadapte pas à la main



Immédiatement, je dépose ce matériel dans un conteneur

- adapté
- situé au plus près du soin
- dont le niveau maximal de remplissage est vérifié

Matériel réutilisable :

- Je le décontamine immédiatement après utilisation
- Je manipule avec précautions le matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine
- Je vérifie que le matériel a subi un procédé d'entretien (stérilisation ou désinfection) approprié avant d'être réutilisé

▶ JE TRANSPORTE DANS UN EMBALLAGE ETANCHE ET FERME



**les prélèvements biologiques
le linge et le matériel souillés**
par du sang ou tout autre produit d'origine humaine



SI JE SUIS EN CONTACT AVEC DU SANG OU UN LIQUIDE BIOLOGIQUE



piqûre ou blessure :
lavage et antiseptie au niveau de la plaie



projection sur muqueuse :
rinçage abondant

Référence :

Circulaire DGS/DH – N°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé

Diffusion	Tous les services cliniques, médico-techniques et techniques	
Rédaction	M.C. Hum	
Vérification	A. Charvier	
Approbation	CLIN – Séance du 06/04/00 – Président Dr Bru	