

LE CATHÉTER VEINEUX COURT : POSE ET GESTION

C.H.R.A.	POSE ET GESTION DES CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
Date de diffusion : février 1995 Version : 01 Nombre de pages : 2	Rédigé par : Unité d'Hygiène Vérifié par : Validée par : C.L.I.N. C.H.R.A. février 1995

Pour la sécurité du patient et la prévention du risque infectieux
ATTENTION : LE CATHÉTER COURT PEUT TUER (SEPTICEMIE)

- Son indication de pose doit être justifiée par une prescription médicale écrite,
- La pose, l'entretien, les manipulations se font en respectant une technique d'aseptique stricte,
- Utiliser impérativement un savon antiseptique et une solution antiseptique de la même gamme tout au long de la procédure.

La gamme BETADINE® est privilégiée en particulier pour son activité fongicide

LE CATHÉTER ET LA LIGNE VEINEUSE SONT CHANGÉS SYSTÉMATIQUEMENT TOUTES LES 72 HEURES

LE LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS EST ESSENTIEL :

- lors de la préparation du soin
- avant et après la pose de cathéter
- lors de toute manipulation sur le matériel de perfusion ou la ligne veineuse

I - LA LIGNE VEINEUSE

- Vérifier l'intégrité, la date de péremption du matériel,
- Vérifier le vide, la date de péremption, l'intégrité du liquide de perfusion,
- Vérifier la compatibilité des médicaments.

II - JONCTION

PERFUSION/LIGNE VEINEUSE

- Vérifier l'intégrité, la date de péremption du matériel,
- Désinfection du bouchon, laisser agir 1 minute
- Poser la tubulure et la purger
- Si rajout de médicaments prescrits, purger la quantité de liquide évaluée ou poser une prise d'air stérile pour éliminer le surplus à la seringue (si pas de changement de tubulure)

MONTAGE DE LA LIGNE VEINEUSE, 2 POSSIBILITÉS :

1. Utilisation d'un perfuseur 3 voies (robinet incorporé à la tubulure)
2. Faire le montage : tubulure de perfusion + robinet ou rampe + prolongateur


III - LIGNE VEINEUSE /CATHÉTER : POSE

- Lavage des mains avec antiseptique SCRUB avant la pose,
- Préparer le site d'insertion en 4 phases :
 - Nettoyage par savonnage large (BETADINE® Scrub ou HIBISCURB®)
 - Rinçage à l'eau stérile et séchage
 - Antiseptie : utiliser la même gamme que le savon (soit BETADINE® dermique, soit HIBITANE® Champ à 5 %)
 - Temps de contact d'au moins 1 minute à respecter
- Pour les veines difficiles à piquer, le passage d'une compresse alcoolisée après ces 4 phases est autorisé : effet vasodilatateur,
- Le port de gants est recommandé, circulaire D.G.S. août 89 (dans ce cas gants stériles),
- Fixer le cathéter avec les bandelettes adhésives stériles (type URGOPORE®) Protéger le site d'insertion avec un pansement stérile occlusif (compresse stérile + bande large multi extensible),
- Noter date de pose sur le pansement et le dossier du malade,
- Faire fiche de suivi sur le planning mural de programmation des soins infirmiers.

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

MONTAGE DE LA LIGNE VEINEUSE, 2 POSSIBILITES :

1- Utilisation d'un perfuseur 3 voies (robinet incorporé à la tubulure)



2- Faire le montage :
tubulure de perfusion
+ robinet ou rampe
+ prolongateur



==> dans les 2 cas les manipulations ultérieures se font loin du point de ponction .


@ Dans les deux cas, les manipulations ultérieures se font loin du point de ponction

IV- GESTION ET MANIPULATION DE LA LIGNE VEINEUSE


- Lavage des mains avec Antiseptique SCRUB avant toutes manipulation
- Procéder aux manipulations au travers de compresses imprégnées de BETADINE®
- Protéger les robinets ou rampes avec un protège robinets ou rampe stérile enduit de BETADINE® toutes les 12h
- Remettre un nouveau bouchon stérile à chaque manipulation
- Surveillance : détection des signes infectieux ou inflammatoires au moins une fois par jour (recherche rougeur, chaleur, douleur, œdème, induration, etc.) Le changement du perfuseur peut se faire à chaque manipulation. Le robinet et/ou rampe + prolongateur sont changés toutes les 72h ou plus si besoin (condition d'asepsie stricte)

MONTAGE DE LA LIGNE VEINEUSE, 2 POSSIBILITES :

1- Utilisation d'un perfuseur 3 voies (robinet incorporé à la tubulure)



2- Faire le montage :
tubulure de perfusion
+ robinet ou rampe
+ prolongateur



==> dans les 2 cas les manipulations ultérieures se font loin du point de ponction .